

“高性能”を求める、全ての人へ

SEKISUI

製造販売届出番号
13B2X00163303002

February, 2022

ISSN 1342-1581

会報
HYOGO

HYOGO JOURNAL

令和3年度兵庫県医学検査学会(第26回)抄録集 合併号



鹿児島“雄川の滝” T.Kawata

Sekisui
400 tests/hour
Coagulation
Fibrinolysis



血液凝固自動分析装置

S400CF

販売名
血液凝固自動分析装置 S400CF
一般的名称
血液凝固分析装置
一般医療機器、特定保守管理医療機器

Speed

比色項目でも高速処理を実現
オールラウンドハイスループット

凝固項目単独測定	最大400テスト/時間
比色項目単独測定	最大400テスト/時間
PT/APTT/Fbg/AT/FDP/DD	最大342テスト/時間*

*CTSあり

Saving

新機構の搭載により
更なる省力化を追求

Satisfaction

検査品質の向上と
個別のデータ管理要件に対応

Support

あらゆる面から
お客様をサポート

実績豊富な試薬の専用包装をご提供



コアグピア
ナノピア
テストチーム

「コアグピア」、「テストチーム」、「ナノピア」は
積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。



Vol. 43 No.1 (通巻247号) Feb. 2022



文献略号
兵臨誌
H.J.M.T

Vol. 43 No. 1

製造販売元

積水メディカル株式会社

本社：〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
ホームページアドレス：http://www.sekisui-medical.jp/
〈お問い合わせ先〉積水メディカル株式会社 学術担当 TEL:0120-249-977

2021-0361

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会